



ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ เตียงเพาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า สถานีอนามัยบ้านโฉลกหล้า เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ เตียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อ เตียงเพาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า สถานีอนามัยบ้านโฉลกหล้า เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ เตียง
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๔๖,๕๐๐.-บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๔ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
 - ๔.๑ เป็นเงิน ๔๖,๕๐๐.-บาท
 - ๔.๒ ราคาต่อหน่วย เตียงเพาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า สถานีอนามัยบ้านโฉลกหล้า เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ เตียง ราคากลางเพียงละ ๔๖,๕๐๐ บาท
- ๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
 - ๕.๒ คณะกรรมการกำหนดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง
- ๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาวสุรียา ชัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
๖.๒ นายอนุสรณ์ ภูแดง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๖.๓ นางสาวธิดาทิพย์ หวานแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพิทยา อินทร์คง)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อ เตียงเพา์วเลอร์ชนิดไฟฟ้า สถานีอนามัยบ้านโสกหล้า เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ เตียง		
๒	หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเพชรพะงัน		
๓	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๔๖,๕๐๐.-บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)		
๔	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓		
	๔.๑ เป็นเงิน ๔๖,๕๐๐.-บาท		
	๔.๒ ราคาต่อหน่วย เตียงเพา์วเลอร์ชนิดไฟฟ้า สถานีอนามัยบ้านโสกหล้า เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ เตียง ราคากลางเตียงละ ๔๖,๕๐๐ บาท		
๕	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
	๕.๑ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒		
	๕.๒ คณะกรรมการกำหนดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง		
๖	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน		
	๖.๑ นางสาวสุริยา ชัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
	๖.๒ นายอนุสรณ์ ภูแดง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
	๖.๓ นางสาวธิดาทิพย์ หวานแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
3	ครุภัณฑ์การแพทย์			
3.1	เตียงเฟวโรเลอร์	เตียง		
	3.1.1 ชนิดมือหมุน			
	- แบบ ก		16,000	50
	- แบบ ข		15,800	50
	3.1.2 ชนิดไฟฟ้า		46,500	50 - 51
3.2	เตียงตรวจภายใน	เตียง	22,000	51
3.3	เตียงทำคลอด	เตียง	50,000	51 - 52
3.4	รถเข็นชนิดนั่ง	คัน	7,500	52
3.5	รถเข็นชนิดนอน	คัน	19,000	52
3.6	รถเข็นทำแผล	คัน	12,800	53
3.7	รถเข็นอาหาร	คัน	9,300	53
3.8	รถเข็นผ้าเปื้อน	คัน	13,500	53
3.9	หม้อต้มเครื่องมือ	เครื่อง	12,800	53
3.10	ตู้อบเด็ก	ตู้	550,000	54
3.11	เครื่องดูดเสมหะ	เครื่อง	14,000	54
3.12	เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	เครื่อง	20,000	55

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
<p>3. ครุภัณฑ์การแพทย์</p> <p>3.1 เคียงเฟวว์เลอร์</p>	<p>1) ชนิดมือหมุน แบบ ก.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 550 ปอนด์ หรือ 200 กิโลกรัม เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ (2) พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด (3) พื้นเตียงทำด้วยโลหะ (4) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมอนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้น และหมอนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติก และไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น (5) มีล้อชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า 1 คู่ (6) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน) <p>2) ชนิดมือหมุน แบบ ข.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยโลหะเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม (2) พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร (3) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมอนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมอนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ (4) มีล้อชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า 1 คู่ (5) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน) (6) อุปกรณ์ประกอบด้วย ม้าขึ้นเตียงโครงทำด้วยโลหะพ่นสี พื้นปูด้วยไม้อัด ทับบนด้วยพื้นยาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ราวกันเตียงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เลื่อนขึ้นลงได้ <p>3) ชนิดไฟฟ้า</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง เคลือบป้องกันสนิมและพ่นสี (2) ทำงานเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล (3) พนักหัวท้ายเตียงสามารถถอดออกได้ง่าย

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขป
3.2 เติงตรวจภายใน	<p>(4) สามารถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ คือ ระดับความสูงต่ำของเตียง ระดับหัวเตียง และระดับปลายเท้า</p> <p>(5) มีระบบล็อกล้อ แบบ Central Lock</p> <p>(6) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 45 เซนติเมตร</p> <p>1) โครงเตียงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ปูด้วยเบาะพองน้ำหุ้มหนังเทียม สามารถพับได้เป็น 3 ส่วน</p> <p>2) โครงเตียงอยู่บนขา 4 ขา ปลายขามียางอย่างหนารองรับ กันกระเทือน และกันเลื่อน ด้านล่างมีขาขึ้นเตียงทำด้วยโลหะสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ปูด้วยยางกันเลื่อนบนโลหะเรียบ หรือปูด้วยแผ่นโลหะขรุขระ</p> <p>3) มีขนาดไม่น้อยกว่า 57 x 185 x 80 เซนติเมตร</p> <p>4) สามารถปรับระดับได้ทั้งส่วนบนและท่อนลำตัว</p> <p>5) มีอุปกรณ์ใช้งานครบ</p>
3.3 เติงทำคลอด	<p>1) ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม รวมทั้งพื้นเตียงและโครงสร้าง</p> <p>2) เติงแบบ 2 ตอน ปรับระดับได้</p> <p>3) พื้นเตียงและโครงสร้างประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนลำตัวและ ส่วนปลายเท้าความยาวไม่น้อยกว่า 72 นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว สูงเท่ากันตลอดความยาว (สูงไม่รวมเบาะ) ความกว้างไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว กว้างเท่ากันตลอดความกว้าง</p> <p>4) ส่วนลำตัว</p> <p>(1) มีล้อชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ</p> <p>(2) มีเครื่องยกกระดบโดยใช้พื้นเพือง ให้ขึ้นลงได้ทั้งทางด้านศีรษะ และด้านกันและให้ยกได้สูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร</p> <p>(3) ใต้เตียง บริเวณที่วางกันมีแผ่นโลหะเลื่อนได้และต้องเลื่อนออกมาให้พื้นปลายเตียง (ส่วนลำตัว) ใต้ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร</p> <p>(4) มีที่ให้มือคนใช้จับทั้งสองข้าง ซึ่งสามารถพับเก็บได้</p> <p>(5) มีที่กันเตียงด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ซึ่งถอดหรือพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้</p> <p>(6) ทางด้านกันมีที่สำหรับใส่และรองขาทั้ง 2 ข้าง</p> <p>(7) มีที่รองรับขา 2 ข้าง ซึ่งสามารถถอดเก็บได้ เลื่อนขึ้นลงได้ ปรับให้เอนได้ทุกทิศทาง</p>

รายละเอียดลักษณะเฉพาะและราคากลาง

เตียงเพาเวอร์ ชนิดไฟฟ้า

(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครุภัณฑ์สถานีนอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑. ชื่อครุภัณฑ์ เตียงเพาเวอร์ ชนิดไฟฟ้า

๒. ราคากลางที่กำหนด ๔๖,๕๐๐. บาท

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง เคลือบป้องกันสนิมและพ่น สี
- (๒) ทำงานเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ควบคุม ด้วยรีโมทคอนโทรล
- (๓) พนักหัวท้ายเตียงสามารถถอดออกได้ง่าย
- (๔) สามารถปรับระดับเตียงได้ ๓ ระดับ คือ ระดับความสูงต่ำของเตียง ระดับหัวเตียง และระดับปลายเท้า
- (๕) มีระบบล็อกล้อ แบบ Central Lock
- (๖) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๒๐๐ x ๔๕ เซนติเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุริยา ชัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุสรณ์ ภูแดง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวธิดาทิพย์ หวานแก้ว)